

**BỘ Y TẾ**  
**VIỆN KIỂM NGHIỆM**  
**AN TOÀN VỆ SINH**  
**THỰC PHẨM QUỐC GIA**  
Số: 10 /VKNQG-KHVT  
(Vv: đề nghị báo giá bơm chân  
không turbo thay thế cho hệ thống  
khối phổ ba tứ cực)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

**Kính gửi: Quý Công ty**

Căn cứ tình hình thực tế về nhu cầu mua sắm phụ tùng thay thế cho hệ thống khối phổ ba tứ cực của hãng Sciex với model API 5500 của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đề nghị Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá hàng hóa theo nội dung như sau:

- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, lắp đặt và thẩm định lại hệ thống tại địa chỉ của bên mua ... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Mục đích báo giá: làm cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm phụ tùng thay thế cho hệ thống khối phổ ba tứ cực.

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h00 ngày 06 tháng 02 năm 2023.

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt và có hiệu lực tối thiểu 06 tháng.

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng và bản mềm file PDF (yêu cầu có chữ ký và đóng dấu).

- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Kế hoạch, Vật tư và Công nghệ thông tin

- Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Địa chỉ: Số 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3933.5736, Email: khvt@nifc.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Viện trưởng (đề b/c);
- Lưu: VT, KHVT, QT.

**KT. VIỆN TRƯỞNG**  
**PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



**PHỤ LỤC DANH MỤC ĐỀ NGHỊ XIN BÁO GIÁ**  
(Kèm theo công văn số: *10*.. /VKNQG-KHVT ngày *01/02*./2023)

| TT | Tên phụ tùng   | Đơn vị tính | Số lượng  |
|----|--|-------------|-----------|
| 1  | <b>Bơm chân không turbo cho hệ thống khối phổ ba tứ cực</b>  | <b>Cái</b>  | <b>01</b> |
|    | Thông số kỹ thuật:<br>Điện áp đầu vào: 54 VAC 3 pha<br>Tần số tối đa: 1010 Hz<br>Công suất tối đa: 150W<br>Độ ồn $\leq 45$ dB<br>Mặt bích: DN 100<br>Thời gian khởi động: < 3 phút<br>Tốc độ quay danh định: 60.000 vòng/phút<br>Cổng kết nối với bộ điều khiển bơm: $\geq 01$ cổng<br>Tương thích với hệ thống khối phổ API 5500 Triple Quad của hãng Sciex |             |           |
|    | Cam kết thực hiện và yêu cầu khác:<br>Chân không tối thiểu của hệ thống khối phổ: < $1.1 \times 10^{-5}$ torr<br>Lắp đặt, thực hiện OQ sau lắp đặt<br>CO, CQ sản phẩm<br>Các giấy tờ liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa   |             |           |

**Ghi chú:**

- Báo giá chi tiết các nội dung về giá và hiệu lực báo giá; chất lượng hàng hóa; thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác

- Sản phẩm phải có tài liệu mô tả các thông số đặc tính kỹ thuật

..... ngày ..... tháng ..... năm 2023

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**