

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM
AN TOÀN VỆ SINH
THỰC PHẨM QUỐC GIA
Số: **92** /VKNQG-KHVT
V/v báo giá máy lọc, khử khuẩn
không khí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **26** tháng **4** năm 2025

Kính gửi: Quý đơn vị

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đề nghị Quý đơn vị có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật báo giá máy lọc, khử khuẩn không khí theo nội dung như sau:

- Danh mục báo giá: *(Phụ lục đính kèm).*

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển đến địa chỉ của bên mua dịch vụ, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

- Mục đích báo giá: Xây dựng dự toán mua sắm máy lọc, khử khuẩn không khí cho các phòng đặt thiết bị chuyên dùng.

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 17h00 ngày 10/5/2025.

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt.

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng *(yêu cầu có chữ ký và đóng dấu đỏ của đơn vị).*

- Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 150 ngày.

- Địa điểm nhận báo giá: Phòng Kế hoạch, Vật tư và Công nghệ thông tin – Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.

Địa chỉ: Số 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3933.5736;

Email: khvt@nifc.gov.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Viện trưởng (để b/c);
- PVT. Trần Cao Sơn (để biết);
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Lê Thị Phương Thảo



Phụ lục
DANH MỤC MÁY LỌC, KHỬ KHUẨN KHÔNG KHÍ
(Kèm theo Công văn số: 92 /VKNQG – KHVTT ngày 26 / 4 /2025)

TT	Nội dung yêu cầu	Thông số yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
01	Máy lọc, khử khuẩn không khí	Nguồn điện sử dụng: 220V-50Hz ($\pm 10\%$)	Cái	09		
		Lưu lượng xử lý khí $\geq 1.000 \text{ m}^3/\text{h}$				
		Xử lý bụi mịn: $\leq 2,5 \mu\text{m}$				
		Chức năng cảnh báo không khí kém chất lượng: Có				
		Chức năng phân hủy Formaldehyde: Có				
		Chức năng khử trùng, diệt khuẩn: Có				
		Tỷ lệ diệt khuẩn: $\geq 99\%$				
		Công nghệ lọc tối thiểu đáp ứng: Bộ lọc quang xúc tác và lọc tĩnh điện				
		Tuổi thọ đèn UV: ≥ 8.000 giờ				
		Nồng độ dư lượng Ozone: $\leq 0,15\text{mg}/\text{m}^3$				
		Độ ồn: $\leq 45\text{Db}$				
		Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng				

Ghi chú: Báo giá ghi chi tiết các nội dung về giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa; Thời gian, địa điểm giao hàng và các điều kiện khác